

[トップ](#) [新着情報](#)

新型コロナワクチン接種事案の検査状況および検査結果について（第2報）

[2022年3月15日] ID: 1393

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

[シェア](#)[ツイート](#)

新型コロナワクチン接種事案の検査状況および検査結果について（第2報）

昨年12月28日に町ホームページで12月13日現在の検査状況および12月8日までの検査結果を公表しましたが、引き続き実施した結果（令和4年2月28日まで）をとりまとめましたので、第2報として報告します。

昨年は、新型コロナウイルスワクチン接種に関わって、町民の皆さんに多大なるご心配とご迷惑をお掛けしましたこと、改めて深くおわび申し上げます。

町議会では100条特別委員会を設置され、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる事故の実態と町幹部の関与について調査、検証されているところです。町は引き続き真摯（しんし）に対応します。

1. 新型コロナワクチン接種事案の検査状況

新型コロナワクチン接種事案の検査状況

接種日	事案概要	対象者 数	実 数	検査内容	日程	検査済 者数
5月7日～6月15日	町内特別養護老人ホームでのワクチン接種において、町内医療機関が冷蔵保存すべきところを冷凍庫で保管したワクチンを施設入所者および職員に接種しました。	115	115	抗体検査	10/13～	109
6月13日	地域交流スペースいくせいで実施した本町の集団接種において、町内医療機関が冷蔵保存すべきところを冷凍庫で保管したワクチンを接種しました。	94	94	抗体検査	10/16～	90
7月11日	保健センターで実施した集団接種において、注射器だけが1本余る事案が発生しました。	59	59	抗体検査、感染症検査	10/12～	57
7月18日	リベルテホールで実施した集団接種で、当日保健センターから移送したワクチンをいったんリベルテホールの家庭用冷蔵庫で保管しましたが、温度管理記録が不備なため、その冷蔵温度が基準内（冷蔵2～8℃）と確認できないワクチンを接種しました。	264	264	抗体検査	11/21～	253
7月21日	リベルテホールで実施した集団接種で、冷蔵保存すべきところを、一時的に冷凍庫で保管した後、冷蔵庫で保管したワクチンを計306人に接種しました。	306	306	抗体検査	10/15～	291
7月25日	リベルテホールで実施した集団接種で、ワクチンをリベルテホールの家庭用冷蔵庫で保管しましたが、温度管理記録が不備なため、その冷蔵温度が基準内（冷蔵2～8℃）と確認できないワクチンを接種しました。	623	623	抗体検査	10/21～	567
7月28日	リベルテホールで実施した集団接種で、ワクチンをリベルテホールの家庭用冷蔵庫で保管しましたが、温度管理記録が不備なため、その冷蔵温度が基準内（冷蔵2～8℃）と確認できないワクチンを接種しました。	306	306	抗体検査	10/12～	284
8月1日	リベルテホールで実施した集団接種で、接種済証に貼る接種シールが2枚足りない事案が発生しました。	40	(53)	抗体検査、感染症検査	10/12～	39
8月1日	リベルテホールで実施した集団接種で、当日使用したワクチンの内1バイアル（6人分）の温度管理記録が不備なため、その冷蔵温度が基準内（冷蔵2～8℃）と確認できないワクチンであったことが判明しました。	549	(593)	抗体検査	11/6～	494
8月4日	7月18日の事案概要と同様	264		抗体検査	11/20～	220
8月8日	7月18日の事案概要と同様	0		抗体検査	—	—

8月11日	7月18日の事案概要と同様	5 (306)	抗体検査	12/7～	3
8月15日	7月18日の事案概要と同様	245 (659)	抗体検査	11/20～	211
8月18日	7月18日の事案概要と同様	180 (251)	抗体検査	11/20～	150
9月15日 9月22日	本町の個別接種でのワクチン接種において、町内医療機関が冷蔵保存すべきところを、冷凍庫で保管したワクチンを接種していたことが判明しました。	34	抗体検査	10/6～ 10/13	34
計		3,084 (4,191)			2,802

()内は対象者数

※合計


[対象者実数 3,084人 (対象者数 4,191人)
 検査済2,802人のうち抗体検査済 2,801人、感染症検査のみ検査済1人
 感染症も検査対象者99人のうち検査済 96人]

※原因別内訳

- ・針刺し事故の可能性 : 対象者数 99人 (3.2%)
- ・再冷凍ワクチン接種 : 対象者数 549人 (17.8%)
- ・温度記録不備ワクチン接種 : 対象者数 2,436人 (79.0%)
- (合計) : 対象者数 3,084人 (100.0%)

2. 抗体検査結果の概要

【実施検査内容】



合計2,756人[令和4年2月28日検査分まで]

ロシュ・ダイアグノスティックス社 Sタンパク中和抗体検査

(抗体検査済2,801人のうち、1回目接種後に検査した34人と試薬が異なる11人を除く。)

抗体価は、年齢や基礎疾患、内服薬等により個人差が大きく、今のところ、感染するかしないかなどの基準はありません。なお、ウィルスの感染を防ぐとされる中和抗体は、既感染者の場合、抗体価が15U/mL以上で獲得するとロシユ社が報告しており、和歌山県も公表しています。


本町もこの数値を目安として、独自の抗体価の基準としました。2月28日現在(2,756名の結果による。)では、500~1000U/mLが29%と最も多く、250~500U/mL 25%、1000U/mL以上 25%、15~250U/mL 20%、15U/mL未満1% となっています。

なお、15U/mL未満の人に対し、医師と相談していただき、希望した9人に再度接種を実施しました。

【年齢別中央値】

中央値とは数値を大きさ順に並べたとき真ん中に来る数値


年齢別中央値



年齢別では20歳未満が1997U/mL、20~29歳が1119U/mL、30~39歳が729U/mL、40~49歳が611U/mL、50~59歳が558U/mL、60~69歳が448U/mL、70~79歳が343U/mL、80歳以上が223U/mLとなっており、年齢が若いほど、高い傾向にあります。

【男女別中央値】

男女別中央値



(男性1,318人、女性1,438人)

男性が505.5U/mL、女性が611U/mLとなっており、女性のほうが高い傾向にあります。

お問い合わせ

高取町役場
新型コロナウイルス
感染症対策本部
電話:
0744(52)3334
電話番号のかけ間違いに
ご注意ください!

新型コロナウイルス 感染症対策本部

新型コロナウイルス 関連情報